

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

INDIVIDUELL HÖRAPPARAT

Hörselgången producerar öronvax, vars uppgift är att skydda och smörja örat. En av de vanligaste orsakerna till att hörapparaten måste repareras är att öronvaxet blockerar ljudkanalen/ ventilationsöppningen, vilket resulterar i förvrängt eller bristande ljud.

För att hörapparaten skall fungera felfritt och vara bekvämt att använda, ska apparaten rengöras hemma regelbundet. Rengöring av hörapparaten ska göras till en daglig rutin. Detta minskar behovet att reparera hörapparaten och kvaliteten av hörseln består.



Rengöring

Hörapparaten torkas dagligen med en mjuk duk eller med en speciell rengöringsduk. Hörapparaten får inte läggas i vatten eller i rengöringsvätska eftersom den inte tåler fukt.



Rengör hörapparaten med en liten rengöringsborste för att få bort det torkade vaxet. Ventilationsöppningen i hörapparaten kan rengöras med en speciellt utformad pinne eller borste. Rengöringen rekommenderas att göra på morgonen då vaxet är torrt och lossar lättare.



Bytet av vaxskyddet

De flesta hörapparater har ett vaxskydd installerat i ljudkanalöppningen. Vaxskyddet förhindrar vaxet från att slippa in i hörapparaten. Vaxskyddet ska bytas regelbundet hemma, en gång i månaden enligt separata instruktioner.

Bytet av vaxskyddet visas och lärs i hörselcentralen när du får hörapparaten. Det finns många olika vaxskyddsmodeller. Informationen om hurdan vaxskyddsmodell du behöver får du i samband med att du får hörapparaten. I framtiden ska du köpa vaxskydden direkt från importörer eller från privata hörselcentraler.



Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vssh.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.